

№п/п	Наименование товара	Требуемое значение характеристики товара	Количество	Ед. измерения
1.1	Ланцет для капиллярного забора крови с иглой 25G и глубиной прокола 1,5 мм без кнопки № 200	Контактноактивируемый, с двойной пружиной, автосрабатывание при контакте ланцета с кожей, без кнопки. Игла должна находиться внутри прибора до и после использования. Наличие пластикового защитного стержня, обеспечивающего полную стерильность ланцета до его использования. Пятигранная заточка иглы. Игла покрыта медицинским силиконом. Корпус ланцета не имеет граней, овальный в сечении, что позволяет надежно удерживать и позиционировать ланцет. Длина корпуса устройства не менее 45 мм. Конструкция прибора должна обеспечивать безусловную визуализацию использованного ланцета. Одноразовый, саморазрушающийся. Ланцеты в зависимости от глубины прокола имеют цветовую кодировку. Игла 25G покрытая силиконом, глубина прокола 1,5 мм. Срок годности продукции после поставки не менее 48 месяцев.		Уп.