

№п/п	Наименование товара	Требуемое значение характеристики товара	Ед. измерения
2.3	Ланцет для капиллярного забора крови с иглой 21G и глубиной прокола 2,4 мм № 200	<p>Ланцет.</p> <p>Длина корпуса устройства не менее 45 мм.</p> <p>Активация ланцета происходит при прикосновении к коже и нажатии на кнопку сверху ланцета.</p> <p>Наличие пластикового защитного стержня, обеспечивающего полную стерильность ланцета до его использования. Конструкция прибора должна обеспечивать безусловную визуализацию использованного ланцета. Одноразовый, саморазрушающийся.</p> <p>Ланцеты в зависимости от глубины прокола имеют цветовую кодировку.</p> <p>Игла 21G покрытая силиконом, глубина прокола 2,4 мм.</p> <p>Срок годности продукции после поставки не менее 48 месяцев.</p> <p>Количество в упаковке: не менее 200 штук</p>	Уп.