

№п/п	Наименование товара	Требуемое значение характеристики товара	Ед. измерения
2.5	Ланцет для капиллярного забора крови , глубина прокола 1,5 мм , лезвие 1,5 № 200	Ланцет. Длина корпуса устройства не менее 45 мм. Активация ланцета происходит при прикосновении к коже и нажатии на кнопку сверху ланцета. Наличие пластикового защитного стержня, обеспечивающего полную стерильность ланцета до его использования. Конструкция прибора должна обеспечивать безусловную визуализацию использованного ланцета. Одноразовый, саморазрушающийся. Ланцеты в зависимости от глубины прокола имеют цветовую кодировку. Лезвие 1,5 мм покрытая силиконом, глубина прокола 1,5 мм. Срок годности продукции после поставки не менее 48 месяцев. Количество в упаковке: не менее 200 штук	Уп.