$N_0\Pi/\Pi$	Наименование	Требуемое значение характеристики	Количество	Ед.
	товара	товара		измерения
1.4	Ланцет для	Контактноактивируемый, с двойной		Уп.
	капиллярного	пружиной, автосрабатывание при		
	забора крови с	контакте ланцета с кожей, без кнопки.		
	иглой 21G и	Игла должна находиться внутри		
	глубиной	прибора до и после использования.		
	прокола 2,4 мм	Наличие двух пружин в конструкции		
	без кнопки №	ланцета – толкающая пружина		
	200	предназначена для выбрасывания иглы		
		при проколе, возвратная пружина – для		
		быстрого возврата иглы, что		
		обеспечивает минимальную		
		болезненность и исключает излишнюю		
		травматичность, также надежно		
		обеспечивает фиксацию		
		использованной иглы в корпусе		
		ланцета для исключения		
		травмирования медперсонала.		
		Корпус ланцета не имеет граней,		
		овальный в сечении, что позволяет		
		надежно удерживать и		
		позиционировать ланцет. Длина		
		корпуса устройства не менее 45 мм.		
		ar yanya ra a a a a a a a		
		Наличие пластикового защитного		
		стержня, обеспечивающего полную		
		стерильность ланцета до его		
		использования. Конструкция прибора		
		должна обеспечивать безусловную		
		визуализацию использованного		
		ланцета. Одноразовый,		
		саморазрушающийся.		
		Ланцеты в зависимости от глубины		
		прокола имеют цветовую кодировку.		
		Игла 21G покрытая силиконом,		
		глубина прокола 2,4 мм.		
		Срок годности продукции после		
		поставки не менее 48 месяцев.		
		Количество в упаковке: не менее 200		
		штук		