№п/п	Наименование товара	Требуемое значение характеристики товара	Количество	Ед. измерения
1.6	Ланцет для капиллярного забора крови с иглой 23G и глубиной прокола 2,0 мм № 200	<p>Ланцет.</p> <p>Длина корпуса устройства не менее 45 мм.</p> <p>Наличие пластикового защитного стержня, обеспечивающего полную стерильность ланцета до его использования. Конструкция прибора должна обеспечивать безусловную визуализацию использованного ланцета. Одноразовый, саморазрушающийся.</p> <p>Ланцеты в зависимости от глубины прокола имеют цветовую кодировку.</p> <p>Игла 23G покрытая силиконом, глубина прокола 2,0 мм.</p> <p>Срок годности продукции после поставки не менее 48 месяцев.</p> <p>Количество в упаковке: не менее 200 штук</p>		Уп.